

O&B DEVELOPMENT HOUSE

Your Ref: -
Our Ref: ob28apr0401
Subject: Limnigrafın saat 24:00 kaydı
Date: Wednesday, June 22, 2005



LİMNİGRAF SAAT 24:00 KAYIT FELSEFESİ

Limnigrafın setup parametreleri verildikten ve cihaz çalışmaya başladıktan sonra, kayıt yapmaya başlamadan önce, bu parametrelerden biri olan **SURE** registerine dakika cinsinden verilen değer kadar bekler. **SURE**, tuş takımından kullanıcının isteğine uygun verilebileceği gibi, özellikle DSI' nin tercih ettiği gibi, PC üzerinden kurulurken, bilgisayarın, **MWBI x INTERVal**'in **1440**'ın tam bölünü olacağı ve ilk kaydın saat **24:00**'e bir kayıt rastlayacak şekilde başlatılması için gerekli hesabı yaparak bekleme süresini bu registre yükleyebilir.

Limnigraf, **SURE**'de yüklü süre sona erdiğinde saat **00:XX** ise, geçen güne ait anlık **MAX/MIN** ve bunların saatleri kaydedilmez. **MWBI x INTERVal** dakika sonra ilk kayıt ile log başlar. **SURE**'de yüklü süre sona erdiğinde saat **00:XX** dan farklı ise, **MWBI x INTERVal** dakika sonra ilk kayıt yapılarak log başlar. Bu kayıtlar sürerken, dakikada bir saatin **00:00 (24:00)** olup olmadığına bakılır. Saat **00:00** ise, önce zamanı gelmişse seviye kaydı, sonra da geçen güne ait anlık **MAX/MIN** ve bunların saatleri kaydedilir. DSI uygulamalarında, **MWBI x INTERVal**'in ve **SURE**'nin uygun seçimiyle saat **00:00**'a bir seviye kaydı denk getirildiğinden, önce seviye kaydı ve sonra **MAX/MIN** ve saatleri kaydedilir.

Hamit BAYÇIN
Project Manager

Mesnevi S. 10/15, Çankaya, TR-06690 Ankara, TÜRKİYE
Phone: +90 312 4381330, **Fax:** +90 312 4387793, **E-mail:** oandb@ttnet.net.tr,
Homepage: <http://www.hamitbaycin.com>

22.06.05